

其他需要说明的事项

1、辐射安全许可证持证情况

医院取得内蒙古自治区生态环境厅颁发的辐射安全许可证，证书编号：蒙环辐证[00099]，种类和范围为：使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置，有效期至 2029 年 6 月 19 日。

2、辐射安全与环境保护管理机构运行情况

医院成立了辐射安全与环境保护管理领导小组，负责射线装置的辐射安全和防护工作。

3、防护用品和监测仪器配备情况

配置了 1 套在线辐射报警仪，配备了 1 台防护级 X、 γ 辐射检测仪，并于 2024 年 8 月 15 日经过校准。配备了 1 个个人剂量报警仪和 4 个剂量片。

4、人员配备及辐射安全与防护培训考核情况

放疗科医用电子直线加速器机房设 4 名辐射工作人员，均已取得了核技术利用辐射安全与防护考核，取得考核合格成绩单，在有效期内

5、放射源及射线装置台账管理情况

编制了《台账管理制度》，由公共卫生管理科负责建立台账的及档案管理工作。

6、放射性废物台账管理情况

X 射线管及射线装置报废后，由射线装置生产厂家定期回收处置，并在台账中做好记录。

7、辐射安全管理制度执行情况

准格尔旗中心医院已编制《准格尔旗中心医院医用直线加速器安全操作规程》、《准格尔旗中心医院辐射安全和防护设施维护维修制度》《准格尔旗中心医院辐射工作场所监测方案》、《准格尔旗中心医院监测仪表的使用与校验管理制度》、《准格尔旗中心医院辐射工作人员个人剂量管理制度》、《准格尔旗中心医院辐射工作人员培训/再培训管理制度》、《准格尔旗中心医院 X 线诊断中受检者防护规定》、《准格尔旗中心医院台账管理制度》、《准格尔旗中心医院辐射岗位职责》、《准格尔旗中心医院辐射安全保卫制度》、《准格尔旗中心医院辐射设备档案管理制度》、《准格尔旗中心医院职业健康档案管理制度》、《准格尔旗中心医院分区管理制度》、《准格尔旗中心

医院辐射工作人员应急培训演习计划》、《准格尔旗辐射安全事故应急预案》等制度，并严格落实执行。相关人员参加了辐射安全与防护培训考核并取得了成绩报告单、监测仪器进行了校准、开展了辐射工作场所及个人剂量检测工作、开展了应急演练等。

3.4.7 应急演练

2024 年 8 月 23 日进行了辐射事故应急演练。